

Einweisungs-/Empfangsbestätigung Anwender

t:slim X2™ Insulinpumpe mit Control-IQ™ Technologie

Kundennummer

Softwareversion

Seriennummer der t:slim X2

Datum der Einweisung

Die t:slim X2 Insulinpumpe verstehen und einsetzen

Pumpe an Stromquelle zum Start anschließen

- Spracheinstellung
- START anwählen

Bedienung des Touchscreens und allgemeine Navigation

- Startbildschirm und Home-,T“-Taste
- Vorstellung der Symbole auf dem Touchscreen

Geräteeinstellungen

- Anzeigeneinstellungen: Bildschirm-Auszeit, Sprache
- Bluetooth® Einstellungen
- Uhrzeit und Datum
- Lautstärke (CGM und Pumpe)
- Sicherheits-PIN

Verlauf

- Pumpenverlauf: Insulinabgabe, Gesamt Tagesdosis, Bolus, Basal, Reservoirwechsel, BZ-Wert, Warnungen und Alarmer, Control-IQ, Gesamt
- CGM-Verlauf: Sitzungen und Kalibrierungen, Warnungen und Fehler, Gesamt

Optionen

- Mein CGM (ggf. Dexcom-Empfänger abschalten)
- Dexcom G6 Verbindung (Transmitter ID, Sensorcode)
- Dexcom G7 Verbindung (Kopplungscode)
- CGM-Warnungen mit Bereichswarnung

Meine Pumpe

- **Control-IQ:** an/aus
- Gewicht Eingabe
- Insulin-Tagesdosis-Eingabe
- Pumpenerinnerungen: BZ niedrig, BZ hoch, BZ nach Bolus, Mahlzeiten-Bolus versäumt
- Pumpenwarnungen: niedriges Insulin, Auto-Abschaltung (Standard: AUS)
- Pumpeninformationen: Seriennummer, Kundendienst

Persönliche Profile

Pumpeneinstellungen

- Sofortbolus: Gramm oder Insulineinheiten, Gramm/Einheiten-Erhöhrungen
- Max. Bolus: maximal 25 E
- Basal-Grenze: min. 0,2 E/h max. 15 E/h

Profil

- Zeitsegmente: Basalrate, Korrekturfaktor, KH-Faktor, Ziel-BZ
- Boluseinstellungen: Insulindauer, KH ein/aus
- Persönliches Profil bearbeiten (überprüfen), ändern, aktivieren, kopieren, löschen, umbenennen

Aktivität

- Bewegung: aktivieren/deaktivieren
- Timer einstellen
- Schlaf: aktivieren/deaktivieren
- Wechsel der Aktivitäten
- Schlafenszeiten: zwei Profile einstellbar
- Temporäre Basalrate einstellen und abbrechen

Füllen: Reservoir laden und Infusionsset

- Reservoir befüllen und wechseln
- Schlauch und Kanüle füllen, Erinnerung: Kanülenwechsel
- Infusionsset setzen und wechseln
- Infusionssets: Unterschiede und Handhabung
- Zugelassene Insuline: U 100 (Humalog®, NovoRapid®, Admelog/Insulin lispro, Lyumjev)
- Haltbarkeit des Insulins: Humalog®, NovoRapid®, Admelog/Insulin lispro, Lyumjev

Bolus

- Mahlzeitenbolus: Eingabe Gramm Kohlenhydrate oder Insulineinheiten
- Berechnung anzeigen lassen, Bolus abbrechen
- BZ-Wert eingeben
- Verlängerter Bolus: einstellen und abbrechen
- Kombiniertes Bolus: einstellen und abbrechen
- Sofortbolus
- Bolusrechner mit und ohne aktivem Insulin

Allgemeines

- Tragmöglichkeiten
- Wasserbeständigkeit
- Hotline und Bestellungen

Unterschrift geschulte Person

Ich bestätige, dass ich in den obigen Punkten geschult wurde und den Verwendungszweck sowie sicheren Gebrauch uneingeschränkt verstanden habe.

Geschulte Person



Unterschrift

Datum

Unterschrift zertifizierter Pumpentrainer

Ich bestätige hiermit, dass ich zu den obigen Punkten eine Schulung durchgeführt und die Einzelheiten genau dokumentiert habe.

Zertifizierter Pumpentrainer



Unterschrift

Datum



Wichtige Hinweise zur Nutzung und Haftung

Bei der Nutzung des Ihnen übergebenen Gerätes ist Folgendes zu beachten:

1. Das umseitig genannte Gerät wurde Ihnen von der VitalAire GmbH im Auftrag Ihrer Krankenkasse zur Verfügung gestellt. Dieses Gerät ist je nach Versorgungsplan Eigentum Ihrer Krankenkasse oder Eigentum der VitalAire GmbH.
2. Dieses Gerät einschließlich des notwendigen Verbrauchsmaterials und Zubehörs steht ausschließlich Ihnen – der/dem Versicherten für die Dauer der medizinischen Notwendigkeit – als Sachleistung zur Verfügung. Die Nutzung des Gerätes einschließlich des notwendigen Verbrauchsmaterials und Zubehörs durch Dritte ist nicht zulässig.
3. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß – wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben – eingesetzt und behandelt werden. Eine Inbetriebnahme des Gerätes darf nicht ohne vorherige Einweisung erfolgen.
4. Schäden und Verschleißerscheinungen am Gerät sind der VitalAire GmbH unverzüglich anzuzeigen. Dazu sind die Hinweise in der Gebrauchsanweisung unbedingt zu beachten.
5. Reparaturen, Wartungen, Prüfungen am Gerät sowie Verbrauchsmaterial- und Zubehörlieferungen dürfen ausschließlich von der VitalAire GmbH durchgeführt werden.
6. Als Nutzer dieses Gerätes haften Sie für Schäden am Gerät, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Beschädigung durch Dritte oder durch nicht ausreichende Sicherung des Gerätes, z.B. durch Diebstahl, entstehen. Sie haften gegenüber dem Eigentümer für den Zeitwert des Gerätes.
7. Rechtliche Umstände bezüglich des Einsatzes des Gerätes wie z. B. Adress- oder Namensänderungen, Wechsel der Krankenkasse sowie ein geplanter Einsatz des Gerätes außerhalb der europäischen Union sind der VitalAire GmbH unverzüglich mitzuteilen.
8. Wenn die medizinischen Gründe für den Einsatz des Gerätes entfallen sind, d.h. keine Verordnung Ihres Arztes für die weitergehende Nutzung des Gerätes mehr vorliegt, ist die VitalAire GmbH unverzüglich zu unterrichten und das Gerät zur Abholung bereitzustellen. Wenn Sie dieser Mitteilungspflicht nicht nachkommen, haften Sie für die hierdurch entstehenden Schäden.

Zusätzlich gilt bei der Nutzung eines vorübergehend überlassenen Gerätes der VitalAire GmbH:

1. Um eine unkomplizierte und schnelle Versorgung zu gewährleisten, wurden Ihnen das umseitig genannte Gerät und das notwendige Zubehör – ohne dass eine Kostenübernahmeerklärung Ihrer Krankenkasse vorliegt – von der VitalAire GmbH vorübergehend zur Verfügung gestellt. Mit der Unterschrift auf der umseitigen Empfangsbescheinigung haben Sie uns beauftragt, die Kostenübernahme durch Ihre Krankenkasse für diese Versorgung zu organisieren. Privatpatienten bitten wir, die Klärung der Kostenübernahme durch Ihre Krankenversicherung selbst zu übernehmen. Wenn Sie dazu Hilfe benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
2. Wenn Sie die Information erhalten, dass Ihre Krankenkasse die Kostenübernahme abgelehnt hat, ist die VitalAire GmbH unverzüglich zu informieren. Die Kosten für das während dieser Zeit notwendige Zubehör, welches nicht zur Wiederaufbereitung geeignet ist, sind im Falle einer Ablehnung durch die Krankenkasse zu tragen. Eine Rücknahme ist aus hygienischen Gründen nicht möglich.

Bestätigung dieser Hinweise zur Nutzung und Haftung:

Mit der Unterschrift auf der umseitigen Empfangsbescheinigung erklären Sie sich mit diesen Hinweisen zur Nutzung und Haftung ausdrücklich einverstanden.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der kostenlosen Service-Telefonnummer 0800 / 100 16 44.